

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nr 57/D/1

Firma

REH4MAT

DEKLARUJE

że wyrób

ORTEZA KOSTKI

MODEL: ORTEZA KOSTKI AM-OSS-07; ORTEZA KOSTKI AM-OSS-08; ORTEZA KOSTKI AM-OSS-09; ORTEZA KOSTKI AM-OSS-10; ORTEZA KOSTKI AM-OSS-11; ORTEZA KOSTKI AM-OSS-12; ORTEZA KOSTKI AM-OSS-13; ORTEZA KOSTKI AM-OSS-14; ORTEZA KOSTKI AM-OSS-15; ORTEZA KOSTKI AM-OSS-16; ORTEZA KOSTKI AM-OSS-17; ORTEZA KOSTKI AM-OSS-18; ORTEZA KOSTKI AM-OSS-19; ORTEZA KOSTKI AM-OSS-20; EB-SS; U-SS; U-SS-01; ORTEZA KOSTKI AM-SX-08; ORTEZA KOSTKI AM-SX-05; ORTEZA KOSTKI AM-OSS-05; ORTEZA KOSTKI AM-SX-01; ORTEZA KOSTKI AM-SX-02; ORTEZA KOSTKI AM-SX-03; ORTEZA KOSTKI AM-SX-04; ORTEZA KOSTKI AM-SX-06; ORTEZA KOSTKI AM-SX-07; ORTEZA KOSTKI AM-OSS-06

oznaczony znakiem CE jest wyrobem medycznym Klasy I, reguły 1, zgodnym z wymaganiami Dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych oraz Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2015 r, Nr 876 ze zm.). Ocena zgodności została przeprowadzona na podstawie załącznika VII Dyrektywy Rady 93/42/EWG.

Wyrób spełnia wymagania norm zharmonizowanych:

PN-EN 1041+A1:2013-12	Informacje dostarczane przez wytwórcę wyrobów medycznych
PN-EN 12182:2012	Wyroby pomocnicze dla osób niepełnosprawnych -- Wymagania ogólne i metody badań
PN-EN ISO 13485:2012	Wyroby medyczne -- Systemy zarządzania jakością -- Wymagania do celów przepisów prawnych
PN-EN ISO 14971:2012	Wyroby medyczne -- Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych
PN - EN ISO 15223-1:2017-02	Wyroby medyczne - Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach -- Część 1: Wymagania ogólne

NINIEJSZA DEKLARACJA ZOSTAŁA WYDANA NA WYŁĄCZNAJ ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY

REH4MAT, 36-060 Głogów Małopolski, ul. Piaski 47, POLAND

Właściciel


Sławomir Wroński